



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.000.М.002275.05.23**

05 мая 2023 г.

ОТ

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению.; стоматологическая клиника ООО "МЕРКУРИЙ"; г. Москва, вн.тер.г.поселение Московский, ул. Саларьевская, д.13, к.1, пом.6Н

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕРКУРИЙ"

(ИНН:7704853216, ОГРН:5137746209057)

Юридический адрес: г. Москва, вн.тер.г.поселение Московский, ул. Саларьевская, д.13, к.1, пом.6Н

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-11398-2 от 07.04.2023, Электронное заявление с ЕПГУ №2648224664 от 07.04.2023г., Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 05.04.2023 г. №04/23/04/02 ООО "КАНОН" (аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710114 от 03.12.2015г.)



Заключение действительно до **04.05.2028**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по г. Москве

№3460083





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ **77.01.16.000.М.002275.05.23** от **05 мая 2023 г.**

Наименование организации: ООО «МЕРКУРИЙ»

Фактический адрес: г. Москва, вн.тер.г.поселение Московский, ул. Саларьевская, д.13, к.1, пом.6Н

Проводятся работы: эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Объект, используемый для осуществления работ:

Рентгеновский кабинет № 6/н (1 этаж):

1) Аппарат рентгеновский дентальный портативный «EzRay Air Portable» модель VEX-P300 с визиографом, заводской № аппарата/трубки 8A4124001582/2202174, год выпуска/год монтажа 2022/2023, производитель «Vatech Co., Ltd.», Корея.

2) Аппарат рентгеновский дентальный цифровой панорамный «Smart Plus» с функцией компьютерного томографа и цефалостата, заводской № аппарата/трубки 069-010523/2A63864, год выпуска/год монтажа 2022/2023, производитель «Vatech Co., Ltd.», Корея.

Ограничительные условия:

- Эксплуатация аппарата рентгеновского дентального цифрового панорамного «Smart Plus» с функцией компьютерного томографа и цефалостата (зав.№ аппарата/трубки 069-010523/2A63864) - не более 9 снимков в неделю.

- Эксплуатация аппарата рентгеновского дентального портативного «EzRay Air Portable» модель VEX-P300 с визиографом (зав.№ аппарата/трубки 8A4124001582/2202174) возможна только на штативе с использованием дистанционной кнопки включения экспозиции



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Е.Е. Андреева

подпись, печать



по г. Москве

№0089195



Ф 02 РИ-ОИ-03



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАНОН»
(ООО «КАНОН»)**

**Проспект Мира, д. 106, Москва, 129626
Тел. (495) 616-36-60 e-mail: info@kanon-corp.ru;
http://www.kanon-corp.ru**

ОКПО 94436363; ОГРН 1067746359724; ИНН/КПП 7717552784/771701001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710114

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

Дата 05.04.2023

№ 04/23/04/02

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРКУРИЙ»
(ООО «МЕРКУРИЙ»).

Юридический адрес: г. Москва, вн.тер.г.поселение Московский, ул. Саларьевская, д.13, к.1,
пом.6Н

ИНН / ОГРН: 7704853216/5137746209057

Объект инспекции: рентгеновский кабинет

Фактический адрес: г. Москва, вн.тер.г.поселение Московский, ул. Саларьевская, д.13, к.1,
пом.6Н

Заявленный вид деятельности: Условия выполнения работ при осуществлении
деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: эксплуатация
источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Заключение: Объект инспекции, используемый для заявленного вида деятельности,
соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности»
(НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной
безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к
устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению
рентгенологических исследований».

Без приложения недействительно. Приложение ча 7 (семь) листах.

Руководитель Органа инспекции



Аблактова А.А



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАНОН»**

Проспект Мира, д. 106, Москва, 129626
Тел. (495) 616-36-60 e-mail: info@kanon-corp.ru;
<http://www.kanon-corp.ru>

ОКПО 94436363; ОГРН 1067746359724; ИНН/КПП 7717552784/771701001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710114
Дата внесения записи в Реестр аккредитованных лиц 03 декабря 2015 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

Дата 05.04.2023

№ 04/23/04/02

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза объекта проводилась в период с 10.03.2023г. по 05.04.2023г. путем документарной и выездной проверок, используя методы изучения документации и наблюдения за выполнением работ, проведения собеседований и дискуссий (с руководителями, лицами, ответственными за отдельные аспекты деятельности, работниками).

Заявитель: ООО «МЕРКУРИЙ»

Юридический адрес: г. Москва, вн.тер.г.поселение Московский, ул. Саларьевская, д.13, к.1, пом.6Н

Заявленный вид деятельности: Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения: эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Фактический адрес: г. Москва, вн.тер.г.поселение Московский, ул. Саларьевская, д.13, к.1, пом.6Н

Сведения о выполнении обязательных санитарно-эпидемиологических требований

Проект размещения рентгеновского кабинета № КП-РК-062-05.2022 ИОС разработан в 2022г. ООО «К-ПРОЕКТ» (ОГРН 1165047050959; лицензия Роспотребнадзора № 77.99.15.002.Л.000002.01.17 от 24.01.2017г.). Проект соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009), СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010), СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». Проект разработан на основании медико-технического задания на проектирование и в соответствии с технической документацией на оборудование. Проект содержит технологические требования к защите от излучения, расстановке и параметрах оборудования. Проектная документация представлена в полном объеме; в проекте отражены вопросы обеспечения радиационной безопасности, производственного контроля за радиационными и нерадиационными факторами, утилизации ИИИ. Организация кабинета и размещение аппаратов соответствуют проектным решениям.

Технический Руководитель
Органа инспекции

Эксперт



Проворкин К.Е.

Сущевская Е.В.

Страница 1 из 7



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАНОН»**

Проспект Мира, д. 106, Москва, 129626
Тел. (495) 616-36-60 e-mail: info@kanon-corp.ru;
<http://www.kanon-corp.ru>

ОКПО 94436363; ОГРН 1067746359724; ИНН/КПП 7717552784/771701001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710114
Дата внесения записи в Реестр аккредитованных лиц 03 декабря 2015 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

Дата 05.04.2023

№ 04/23/04/02

Лицензия на право осуществления медицинской деятельности: № Л041-01137-77/00608366 от 28.11.2017г., бессрочно

СЭЗ на деятельность с ИИИ: ранее не оформлялось, новая клиника.

Размещение объекта: стоматологическая клиника ООО «МЕРКУРИЙ» размещается на первом этаже многоэтажного многоквартирного жилого дома. Имеется отдельный от жилых помещений вход. В составе клиники следующие помещения: холл-регистрация с зоной ожидания, стоматологические кабинеты, рентгеновский кабинет, стерилизационная, комната работников, подсобные помещения, туалеты.

Пользование помещениями осуществляется на основании договора аренды нежилых помещений № б/н от 01.03.2023г. с гр. Дуюновым А.В. Кадастровый номер 77:17:0110205:32785, ЕГРН № 77:17:0110205:32785-77/060/2022-1 от 12.01.2022г. Общая площадь помещений – 124,2 м². Срок действия договора – до 01.02.2024г.

Характеристика помещений

Рентгеновский кабинет № б/н (1-й этаж): площадь кабинета – 8,5 м²; высота кабинета – 3,45м; размер дверного проема – 1,0х2,1м. В коридоре организовано рабочее место персонала группы А – 3,5 м². Конфигурация кабинета и организация зоны управления рентгеновскими аппаратами в коридоре позволяют провести корректировку площади кабинета в соответствии с п.3.9. СанПиН 2.6.1.1192-03: технологический проход для персонала между элементами стационарного оборудования - не менее 0,8 м. Освещение в кабинете – совмещенное; искусственное представлено светильниками с люминесцентными лампами. В кабинете установлена раковина с подводом горячей, холодной воды и канализационным сливом. Отопление, горячее и холодное водоснабжение кабинета осуществляется от имеющихся централизованных сетей здания. Смежные с кабинетом помещения: по горизонтали – тамбур, холл-регистрация, улица; по вертикали: над кабинетом – квартира, под кабинетом – подвал. Отделка помещения: пол – керамическая плитка, стены – водостойкая краска; потолок – подвесной. Проведены работы по дополнительной защите стен кабинета согласно проекту. Достаточность защиты подтверждена дозиметрическими измерениями ИЛ ООО «НИИ САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AT46), протоколы № 46-03/РИ и № 49-03/РИ от

Технический Руководитель
Органа инспекции

Эксперт



Проворкин К.Е.

Сущевская Е.В.

Страница 2 из 7



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАНОН»

Проспект Мира, д. 106, Москва, 129626

Тел. (495) 616-36-60 e-mail: info@kanon-corp.ru;

http://www.kanon-corp.ru

ОКПО 94436363; ОГРН 1067746359724; ИНН/КПП 7717552784/771701001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710114

Дата внесения записи в Реестр аккредитованных лиц 03 декабря 2015 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

Дата 05.04.2023

№ 04/23/04/02

24.03.2023г. Согласно плану БТИ, расположение рентгеновского кабинета исключает возможность протекания воды из расположенных выше смежных помещений.

Характеристика ИИИ

Рентгеновский кабинет № 6/н (1-й этаж):

1. Аппарат рентгеновский дентальный портативный «EzRay Air Portable» модель VEX-P300 с визиографом, зав.№ аппарата/трубки 8A4124001582/2202174, год выпуска/год ввода в эксплуатацию 2022/2023, производитель «Vatech Co., Ltd.», Корея. Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9794. Исходные данные аппарата: рабочая нагрузка $W = 40 \text{ мА*мин/неделя}$, анодное напряжение $U = 70 \text{ кВ}$, радиационный выход $K_R = 5,6 \text{ мГр*м}^2/(\text{мА*мин})$.

Эксплуатация аппарата рентгеновского дентального портативного «EzRay Air Portable» модель VEX-P300 с визиографом (зав.№ аппарата/трубки 8A4124001582/2202174) возможна только с использованием штатива.

2. Аппарат рентгеновский дентальный цифровой панорамный «Smart Plus» с функцией компьютерного томографа и цефалостата, зав.№ аппарата/трубки 069-010523/2A63864, год выпуска/год ввода в эксплуатацию 2022/2023, производитель «Vatech Co., Ltd.», Корея. Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/13108. Исходные данные аппарата: рабочая нагрузка $W = 200 \text{ мА*мин/неделя}$, анодное напряжение $U = 99 \text{ кВ}$, радиационный выход $K_R = 8,89 \text{ мГр*м}^2/(\text{мА*мин})$.

При проведении рентгенологических исследований в стоматологической практике на Аппарате рентгеновском дентальном цифровом панорамном «Smart Plus» с функцией компьютерного томографа и цефалостата, согласно техническому описанию на аппарат, наихудшим режимом эксплуатации является панорамный снимок в режиме: 99 кВ, 16 мА и 16,4 с.

При допустимой рабочей нагрузке $W = 40 \text{ мА*мин/неделя}$ в соответствии с п. 3.2.7 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) «Основные Санитарные правила обеспечения радиационной безопасности», максимальное количество снимков равно:

$$N = 40 \text{ мА} \times \text{мин/нед.} \times 60 / 16 \text{ мА} \times 16,4 \text{ с} = 9$$

Технический Руководитель
Органа инспекции

Эксперт



Проворкин К.Е.

Сушевская Е.В.

Страница 3 из 7



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАНОН»

Проспект Мира, д. 106, Москва, 129626

Тел. (495) 616-36-60 e-mail: info@kanon-corp.ru;

<http://www.kanon-corp.ru>

ОКПО 94436363; ОГРН 1067746359724; ИНН/КПП 7717552784/771701001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710114

Дата внесения записи в Реестр аккредитованных лиц 03 декабря 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Дата 05.04.2023

№ 04/23/04/02

При наихудшем режиме эксплуатации данного аппарата - Аппарата рентгеновского дентального цифрового панорамного «Smart Plus» с функцией компьютерного томографа и цефалостата - разрешается проводить не более 9 рентгенологических панорамных снимков в неделю.

Техническое обслуживание рентгеновского оборудования будет осуществляться силами ООО «Специальные медицинские системы» (лицензия на техническое обслуживание ИИИ № 77.99.15.002.Л.000052.12.14 от 03.12.2014г.) по договору № 12/23 от 14.03.2023г.; обучение персонала группы А работе на данных рентгеновских аппаратах проведено. Представлен акт монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования № 3р2865 от 21.06.2022г., ООО «Перспектива Плюс».

Состояние ИИИ

Проверка эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования проведена ИЛ ООО «НИИ САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AT46). Рентгеновские аппараты соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03. Протоколы контроля эксплуатационных параметров № 45-03/РИ и № 48-03/РИ от 24.03.2023г. Оформлены контрольно-технические журналы (в соответствии с прил.1 СанПиН 2.6.1.1192-03), внесены записи в приходно-расходный журнал.

Дозиметрический контроль: на рабочем месте персонала и в смежных помещениях проведен ИЛ ООО «НИИ САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AT46). Мощность дозы в смежных помещениях и на рабочем месте соответствует СанПиН 2.6.1.1192 – 03. Протоколы измерений № 46-03/РИ и № 49-03/РИ от 24.03.2023г.

Регистрация и учет доз пациентов: организована. Регистрация рентгеновских процедур и дозовых нагрузок будет производиться в журнале рентгенологических исследований, а регистрация дозы на пациента - в листах учета дозовых нагрузок в амбулаторных картах пациентов. Таблицы эффективных доз облучения пациентов при рентгенологических исследованиях разработаны по МУ 2.6.1.2944-11, ИЛ ООО «НИИ САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ» (аттестат аккредитации № RA.RU.21AT46). Протоколы измерений № 47-03/РИ и № 50-03/РИ от 24.03.2023г.

Фотопроцесс: не проводится, так как используется цифровой приемник изображения.

Технический Руководитель
Органа инспекции

Эксперт



Проворкин К.Е.

Сущевская Е.В.

Страница 4 из 7



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАНОН»

Проспект Мира, д. 106, Москва, 129626

Тел. (495) 616-36-60 e-mail: info@kanon-corp.ru;

<http://www.kanon-corp.ru>

ОКПО 94436363; ОГРН 1067746359724; ИНН/КПП 7717552784/771701001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710114

Дата внесения записи в Реестр аккредитованных лиц 03 декабря 2015 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

Дата 05.04.2023

№ 04/23/04/02

Производственный контроль нерадиационных факторов

На рабочих местах персонала группы «А» проведены лабораторные исследования факторов производственной среды: протоколы №№ 87-03/ИФФ (микроклимат, температура рабочих поверхностей); 88-03/ИФФ (освещение), 89-03/ИФФ (шум) от 24.03.2023г., ИЛ ООО «НИИ САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ» (аттестат аккредитации №RA.RU.21AT46).

Уровни искусственной освещенности (200 лк для люминесцентных ламп) в обследуемом помещении соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». Параметры микроклимата (температура 22,2°C, относительная влажность 42%, скорость движения воздуха 0,1 м/с) в обследуемом помещении соответствуют допустимым значениям, регламентируемым СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».

Уровни шума от технического оснащения кабинета не превышают при неработающей аппаратуре 50 дБ, при работающей – 60 дБ.

Температура элементов технического оснащения (температура рабочих поверхностей рентгеновских аппаратов) соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 и не превышает: для элементов, доступных для прикосновения – 60°C, для элементов, вводимых в полости тела – 50°C, для корпуса рентгеновского излучателя – 70°C.

Заземление

Представлен технический отчет о проверке эффективности № 97/23 от 20.03.2023г.; выполнен ООО «КАНОН» (свидетельство о регистрации электролаборатории № 3044-5, действительно до 20.03.2023г.) Устройство защитного заземления соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭЭП и нормативной документации и пригодно для дальнейшей эксплуатации.

Вентиляция: приточно-вытяжная с механическим побуждением. Акт оценки эффективности вентиляции № 16/23 от 24.03.2023г. выполнен ИЛ ООО «НИИ САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ» (аттестат аккредитации №RA.RU.21AT46). Организация воздухозабора и выброса отработанного воздуха, устройство вентиляционных решеток соответствуют требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03.

Технический Руководитель
Органа инспекции

Эксперт



Проворкин К.Е.

Сущевская Е.В.

Страница 5 из 7



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАНОН»

Проспект Мира, д. 106, Москва, 129626

Тел. (495) 616-36-60 e-mail: info@kanon-corp.ru;

<http://www.kanon-corp.ru>

ОКПО 94436363; ОГРН 1067746359724; ИНН/КПП 7717552784/771701001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710114

Дата внесения записи в Реестр аккредитованных лиц 03 декабря 2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

Дата 05.04.2023

№ 04/23/04/02

Кратность воздухообмена в кабинете соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 и составляет не менее 2 по притоку, не менее 3 по вытяжке.

Характеристика технических и технологических систем обеспечения радиационной безопасности

Рабочее место персонала группы А организовано в зоне управления в коридоре за рентгенозащитной дверью (АО «ПОНИ») не менее 1,28 ммРв. Пульты аппаратов защищены от несанкционированного включения программным обеспечением. Контроль за состоянием пациентов осуществляется при помощи переговорного устройства и видеофона. Установлено блокировочное устройство, исключающее одновременную работу двух рентгеновских аппаратов. На окно установлены рентгенозащитные ставни (АО «ПОНИ»), не менее 1,53 мм Рв.

Средства защиты пациентов и персонала

Кабинет полностью укомплектован индивидуальными средствами защиты персонала и пациентов, в соответствии с табл.9.3. СанПиН 2.6.1.1192-03. Все средства защиты новые (ООО «СПЕЦМЕДПРИБОР», 2022г.), промаркированы; защитная эффективность соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03.

Индивидуальный дозиметрический контроль

ИДК персонала проводится методом ТЛД на базе ООО «КАНОН» (аттестат аккредитации № RA.RU.21РИ29) по договору № 16/03-23 от 28.03.2023г. Оформлена карточка учета индивидуальных доз облучения персонала по форме приложения 3 СанПиН 2.6.1.1192-03.

Численность персонала группы «А»: 1 человек. Приказом № 1/рб от 20.03.2023г. отнесена к персоналу группы А и по результатам медицинского осмотра допущена к работе с ИИИ.

Результаты медицинского обследования

Предварительный медосмотр пройден в ООО «Леда-МЦ» (лицензия № ЛО41-01162-50/00327946).

Технический Руководитель
Органа инспекции

Эксперт



Проворкин К.Е.

Сущевская Е.В.

Страница 6 из 7



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КАНОН»

Проспект Мира, д. 106, Москва, 129626

Тел. (495) 616-36-60 e-mail: info@kanon-corp.ru;

<http://www.kanon-corp.ru>

ОКПО 94436363; ОГРН 1067746359724; ИНН/КПП 7717552784/771701001

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710114

Дата внесения записи в Реестр аккредитованных лиц 03 декабря 2015 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

Дата 05.04.2023

№ 04/23/04/02

Представлено заключение о медицинском осмотре № 20/23 от 17.03.2023г. Медицинский осмотр пройден в полном объеме, противопоказаний к работе с ИИИ нет.

Документы, подтверждающие соответствующую профессиональную подготовку

Звягинцева Н.С. – рентгенолаборант, сертификат по специальности «Рентгенология» № Ф299 от 2019г., ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» (лицензия № 1696 от 14.10.2015г.); удостоверение о повышении квалификации по курсу «Радиационная безопасность» № 0435241 от 2019г., НОЧУ ДПО «Межрегиональный учебный центр» (лицензия № Л035-01298-77/00350389 от 23.11.2015г.).

Разработаны и утверждены генеральным директором - Инструкция по радиационной безопасности, План мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии. Копии документов находятся на рабочем месте персонала. Представлен журнал инструктажа персонала по радиационной безопасности на рабочем месте. Проведены необходимые инструктажи.

Приказ о назначении ответственного за радиационную безопасность и за проведение производственного контроля на объекте

Представлено приложение к программе (плану) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при эксплуатации ИИИ, утвержденное генеральным директором.

Приказом № 2/рб от 20.03.2023г. ответственным за радиационную безопасность, организацию производственного радиационного контроля, за учет и хранение рентгеновских аппаратов назначена – рентгенолаборант Звягинцева Н.С., удостоверение о повышении квалификации по курсу «Радиационная безопасность» № 0435241 от 2019г., НОЧУ ДПО «Межрегиональный учебный центр».

Технический Руководитель
Органа инспекции

Эксперт



Проворкин К.Е.

Суцевская Е.В.

Страница 7 из 7